



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0\*\*46) 3520-2121 / - Fax: (0\*\*46) 3523-1847 - CEP: 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

**AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL**

EDITAL Nº 132/2014

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios e equipamentos médicos para instalação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do município de Francisco Beltrão

TIPO: Menor preço por item

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que:

- 1) Quanto a especificação no objeto do LOTE 32 do anexo 1 do edital:

Onde lê-se:

<b>LOTE 32 - BOMBA DE INFUSÃO</b>						
Item	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor unitário máximo estimado R\$	Valor total máximo estimado R\$
1	44061	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REALIZE INFUSÃO PARENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL. MECANISMO PERISTÁLTICO ROTATIVO. PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME LIMITE E/OU TEMPO X VOLUME LIMITE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA, 100 A 240V, 50/60 HZ. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS À 25 ML/H. FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL: 0,1 À 1.000 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H. VOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML. TAXA DE BOLUS PROGRAMÁVEL: 300 A 750 ML/H. VOLUME DE BOLUS: 3 A 15 ML. FUNÇÃO ""KEEP VEIN OPEN"" - PROGRAMÁVEL 1 A 5ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H. FUNÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO. TITULAÇÃO E AJUSTE DO VOLUME DE ALARME. ALARMES SONOROS E AUDIOVISUAIS: FLUXO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA DO GOTEJADOR, EQUIPO INCORRETO, OCLUSÃO, PORTA ABERTA, FIM DE INFUSÃO, KVO, EQUIPAMENTO PARADO. POSSUIR DOIS SENSORES DE GOTA (UM FIXO E UM EXTERNO). PESO MÁXIMO 3,0 KG (COM BATERIA INCLUSA). DIMENSÕES MÁXIMAS: 13 X 22 X 20 CM. DEVE SER EMPILHÁVEL. DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, SUPORTE PARA SORO, E CABO DE ALIMENTAÇÃO.	8,00	UN	4.401,00	35.208,00

Leia-se:

<b>LOTE 32 - BOMBA DE INFUSÃO</b>						
Item	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor unitário máximo estimado R\$	Valor total máximo estimado R\$
1	44061	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REALIZE INFUSÃO PARENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL. <b>MECANISMO PERISTÁLTICO ROTATIVO OU LINEAR.</b> PROGRAMAÇÃO: ML/H X VOLUME LIMITE E/OU TEMPO X VOLUME LIMITE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA,	8,00	UN	4.401,00	35.208,00



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0\*\*46) 3520-2121 / - Fax: (0\*\*46) 3523-1847 - CEP: 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

	<p>110 A 220V, 50/60 HZ. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS À 25 ML/H. <b>FLUXO DE INFUSÃO PROGRAMÁVEL DE 0,1 À 999 ML/H COM INCREMENTOS DE 0,1 ML/H. VOLUME PROGRAMÁVEL: 0,1 A 9999 ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML. POSSUIR BOLUS PROGRAMÁVEL. POSSUIR A FUNÇÃO KVO.</b> FUNÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO. TITULAÇÃO E AJUSTE DO VOLUME DE ALARME. ALARMES SONOROS E AUDIOVISUAIS: FLUXO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA DO GOTEJADOR, EQUIPO INCORRETO, OCLUSÃO, PORTA ABERTA, FIM DE INFUSÃO, KVO, EQUIPAMENTO PARADO. <b>POSSUIR SENSOR DE GOTAS.</b> DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, SUPORTE PARA SORO, E CABO DE ALIMENTAÇÃO.</p>				
--	--	--	--	--	--

2) Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital.

Francisco Beltrão, 10 de dezembro de 2014.

  
Mária Dall Agnol  
Pregoeira