

**SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

1) Extrato de ata e publicação de REGISTRO DE PREÇOS de produtos e serviços de esterilização para utilização na manutenção da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA através da ata de registro de preços decorrente do PREGÃO PRESENCIAL nº 188/2017 com vigência de 19/10/2017 a 18/10/2018, conforme segue:

ATA SRP Nº 889/2017

EMPRESA DETENTORA: ALVES E SARTOR LTDA

CNPJ Nº 07.724.523/0001-20

Lotem	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	48	57836	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (MÁXIMA, MÍNIMA E DE MOMENTO) E UMIDADE RELATIVA DO AR, COM VISOR LCD E ALIMENTAÇÃO A PILHA. FIXAÇÃO EM PAREDE OU DE MESA.	JPROLAB	UN	20,00	65,52
1	49	57835	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (MÁXIMA, MÍNIMA E DE MOMENTO) E UMIDADE RELATIVA DO AR, COM VISOR LCD E ALIMENTAÇÃO A PILHA. FIXAÇÃO EM PAREDE OU DE MESA.	JPROLAB	UN	10,00	73,26

ATA SRP Nº 890/2017

EMPRESA DETENTORA: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – ME

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

Lotem	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	21	57804	DETERGENTE ENZIMÁTICO - LIMPADOR MULTIENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, COMPOSTO DE 05 ENZIMAS DO GRUPO DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES, PEPTIDASES E CELULASES (CONFORME RDC 55/2012), QUE FACILITE A AÇÃO DE LIMPEZA E PROTEÇÃO DO INSTRUMENTAL. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA. POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODORE AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	SOINVIE	UN	60,00	61,48

ATA SRP Nº 891/2017

EMPRESA DETENTORA: BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

CNPJ Nº 08.924.875/0001-91

Lotem	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	5	57803	BOWIE DICK PACOTE PRONTO - PACOTES PRONTO USO PRÉ- MONTADOS, DESCARTÁVEIS, UNIFORMES E HOMOGÊNEOS, CLASSE 2. COMPOSTO DE FOLHA TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO ATÓXICO, SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE MATERIAL POROSO, ACONDICIONADO EM UMA EMBALAGEM, PRÉ- DIMENSIONADA PARA SIMULAR UM PACOTE TESTE CONFORME NORMA ISO 11.140-4. COM INDICADOR QUÍMICO	CHEMDYE	PCT	500,00	19,85

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030



			DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR. DEVE MOSTRAR UMA MUDANÇA UNIFORME DE COR APÓS A EXPOSIÇÃO AO VAPOR SATURADO EM 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS. UTILIZADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL NO INTERIOR DA AUTOCLAVE A VAPOR COM SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO POR BOMBA DE VÁCUO, AVALIAR A PENETRAÇÃO DESTES VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO. UTILIZADO PARA REVALIDAÇÃO ANUAL DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONFORME RECOMENDAM A ANVISA E SOBBECC				
1	22	57818	EMULADOR QUÍMICO CLASSE 6: VERIFICADOR DE CICLO QUE ASSEGURA QUE O MATERIAL FOI EXPOSTO A TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ESTERILIZAÇÃO NO CICLO SELECIONADO, COM RESULTADO IMEDIATO DE ALTERAÇÃO INSTANTÂNEA DE COR DE PÚRPURA PARA VERDE, CUJO TAMANHO PROPORCIONA QUE A MUDANÇA POSSA SER BEM VISÍVEL E PERMITE A INTERPRETAÇÃO CLARA DO RESULTADO. PARA CICLOS DE 134°C POR 7 MINUTOS E 121°C POR 20 MINUTOS, REAGE COM TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR). EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ISO 11.140-1. PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RDC 185/2001. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 250 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	INTEGRON	PCT	2,00	200,00
1	29	57805	ETIQUETAS PARA ESTERILIZAÇÃO CLASSE 1 - AS ETIQUETAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 11140-1, POSSUINDO UM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO E TAMBÉM 3 LINHAS DE IMPRESSÃO, COM NO MÍNIMO 12 CARACTERES CADA LINHA, O TAMANHO DEVE SER APROXIMADO 21 MM X 26 MM. AS ETIQUETAS SERÃO UTILIZADAS EM TODAS AS EMBALAGENS SUBMETIDAS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E DEVEM MUDAR DE COR QUANDO EXPOSTA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICANDO OS INVÓLUCROS SEM PRECISAR ABRIR IDENTIFICANDO OS ITENS PROCESSADOS DOS NÃO-PROCESSADOS DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 ROLOS CONTENDO 500 ETIQUETAS CADA ROLO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	CHEMDYE	CX	10,00	926,00
1	35	57808	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTIDO, DE LEITURA RÁPIDA (3 HORAS), PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM AUTOCLAVES A VÁCUO POR MEIO DE FLUORESCÊNCIA. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA DE ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDAS POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. CICLOS DE 121°C A 134°C. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	SISPACK	CX	8,00	1.500,00
1	36	57807	INTEGRADOR QUÍMICO - INDICADOR QUÍMICO DE CLASSE 5.	INTEGRON	PCT	10,00	156,00



			COM DIMENSÕES APROXIMADAS DO INDICADOR DE 72 X 23 MM. COMPOSTO DE TIRA DE PAPEL FILME UNILAMINADO COM OPP BRILHANTE, TINTA INDICATIVA ISENTA DE CHUMBO E METAIS PESADOS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 250 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).				
1	44	57806	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO - PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D'ÁGUA, DE 121°C A 134°C, CONTENDO INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO EM PLÁSTICO COM TAMPAS MARROM E ABERTURAS LATERAIS PROTEGIDAS POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO, COMPOSTO POR GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL EM 3 (TRÊS) HORAS POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11138. EMBALADO EM MATERIAL DESCARTÁVEL E RÓTULO COM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE EXPOSIÇÃO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	BIONOVA	PCT	200,00	83,00
1	47	57846	ROLETE DE TINTA PARA REPOSIÇÃO DA ETIQUETADORA CG3 - CHEMDYE. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 11140-1	CHEMDYE	UN	6,00	40,00

ATA SRP Nº 892/2017

EMPRESA DETENTORA: BORINI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ Nº 05.524.862/0001-37

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	20	57847	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VALIDAÇÃO DOS SEQUINTE EQUIPAMENTOS: - 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL LINHA LUFERCO MODELO 39206-9 (PHOENIX); - 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICAS LINHA SONICLEAN 15 (SANDERS) - 01 (UMA) SELADORA DE PAPEL DE PEDAL (EVEREST) DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DA UP 24 HORAS. O SERVIÇO DEVERÁ SER PRESTADO COM NO MÍNIMO: - QUALIFICAÇÃO INSTALAÇÃO; - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL; - QUALIFICAÇÃO DE PERFORMANCE. DEVERÁ SER EMITIDO UM RELATÓRIO, NO QUAL CONTARÃO AS DESCRIÇÕES DOS PROCEDIMENTOS, RESULTADOS DAS ANÁLISES, RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO GERADOS AUTOMATICAMENTE DOS EQUIPAMENTOS SEM O USO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS PARA CÁLCULOS ESTATÍSTICOS, CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA RASTREABILIDADE DO PROCESSO E ASSINADO POR TÉCNICOS QUALIFICADOS E COM COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE CREA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO E A RESPECTIVOS ASSINATURA DOS ENVOLVIDOS NA QUALIFICAÇÃO. A CONTRATANTE DISPONIBILIZARÁ INDICADORES BIOLÓGICOS, INTEGRADORES QUÍMICOS E TESTES CONFORME A ROTINA. FICA A CARGO DA CONTRATADA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTADIA.	BORINI	SERV	1,00	6.250,00

ATA SRP Nº 893/2017

EMPRESA DETENTORA: FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CNPJ Nº 09.058.708/0001-78

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página 3



Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	38	57827	LUPA DE VIDRO, COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPACIDADE DE AUMENTO DE 8 VEZES BIVOLT, COM LUMINÁRIA, ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA EFICIÊNCIA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, COM ARTICULAÇÃO QUE PERMITE AJUSTE PARA ALCANÇAR DISTÂNCIAS DE ATÉ 1 METRO. BRAÇO COM TRÊS ARTICULAÇÕES, SENDO DUAS REGULÁVEIS. ESTRUTURA EM METAL.	SOLVER	UN	2,00	735,96

ATA SRP Nº 894/2017

EMPRESA DETENTORA: G. D. C. DA SILVA COSTA – EIRELI - EPP

CNPJ Nº 09.721.729/0001-21

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	11	57849	CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO, LEVE, FLEXÍVEL, ERGONÔMETRO, ORTOPÉDICO, DURÁVEL, RESISTENTE. FECHADO NA PARTE SUPERIOR E TRASEIRA. DEVE ATENDER A NR-32. COR AZUL MARINHO. NUMERAÇÃO: DO NÚMERO 36 AO 40.	SOFT WORKS BB65	PAR	50,00	69,50
1	12	57850	CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA, TIPO TAMANCO, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO, LEVE, FLEXÍVEL, ERGONÔMETRO, ORTOPÉDICO, DURÁVEL, RESISTENTE. PARTE FRONTAL TOTALMENTE FECHADA. APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. DEVE ATENDER A NR-32. COR VERDE CLARO. NUMERAÇÃO: DO NÚMERO 36 AO 40.	SOFT WORKS BB65	PAR	10,00	62,30

ATA SRP Nº 895/2017

EMPRESA DETENTORA: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO

CNPJ Nº 22.077.647/0001-07

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	19	57834	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) MEDINDO 45X50CM, PRÉ-LAVADA, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, COM PLACA RADIOPACA, CONTENDO 55 A 60% DE SULFATO DE BÁRIO OU COM FIO RADIOPACO. O TECIDO É FECHADO NAS EXTREMIDADES COM COSTURA PARA REFORÇAR O MESMO E EVITAR O SEU DESFIAMENTO. TEM EM UMA DAS EXTREMIDADES, UM CADARÇO DUPLO QUE FORMA UMA ALÇA DE SEGURANÇA. EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA.	CLEAN	PCT	10,00	103,00
1	34	57816	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETANTE, GERMICIDA E VIRUCIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 12 FRASCOS PLÁSTICOS LACRADOS COM 1 LITRO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	CICLOFARMA	UN	1.000,00	4,42

ATA SRP Nº 896/2017

EMPRESA DETENTORA: ORION FARMACEUTICA LTDA – ME

CNPJ Nº 17.631.154/0001-84

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
1	23	57814	ESCOVA COM CERDAS EM NYLON MACIAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO E COMPRIMENTO TOTAL DE 18,4CM, CERDAS EM NYLON MACIAS MEDINDO 38MM DE COMPRIMENTO E 12,7MM DE DIÂMETRO, CONFORME RDC 185/2001. PACOTE COM 05 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	BATRIK	PCT	5,00	78,60
1	27	57809	ESCOVA DE MÃO AUTOCLAVÁVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE CUMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO, QUE ATENDA A RDC 185/2001. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 03 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	BATRIK	PCT	20,00	59,86
1	37	57810	KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVES, CONTENDO ESCOVA COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS DE 13 CM X 21,5CM, COM CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO DE 67,5CM COM REGULAGEM MEDINDO ATÉ 120,5 CM E ESCOVA DE MÃO COM CERDAS DE NYLON DE 10 CM X 10 CM, CONFORME RDC 185/2001. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 01 UNIDADE, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	BATRIK	PCT	2,00	1.201,94
1	43	57817	MONITOR QUÍMICO PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA: INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA LIMPEZA NOS PROCESSOS AUTOMATIZADOS EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS, PERMITINDO IDENTIFICAR FALHAS NO PROCESSO DE LIMPEZA, VERIFICANDO O TEMPO, A TEMPERATURA, CAVITAÇÕES, A CONCENTRAÇÃO IDEAL DE DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE).	STERITEC	CX	4,00	620,16

NADIA DALLAGNOL
Sistema de Registro de Preços - SRP

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal de Administração