

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00199/2018-000

1 - Itens da Licitação**1 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA**

Descrição Detalhada: Aspirador de Secreções Elétrico Móvel. Com capacidade de 6 a 10 litros Contendo suporte com rodízios. Com válvula de segurança e frasco termoplástico/ vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

2 - BALDE

Descrição Detalhada: Balde a Pedal de polipropileno com capacidade de 30 L até 49 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

3 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Cardioversor. Bifásico. Comando de ajuste, carga e disparo nas pás. Com memória de ECG. Contendo impressora. Com modulo de DEA. Com bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

4 - CARRO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: Carro de emergência estrutura em polipropileno de fácil montagem, com sistema de rosca e tamanho aproximado de 0,75 comprimento x 0,52 largura x 0,90 altura. Deverá conter: - 04 gavetas com guias deslizantes, sendo 02 delas no tamanho aproximado de 0,40 comprimento x 0,21 largura x 0,08 altura dotadas de divisórias moduláveis para medicamentos com no mínimo 24 repartições cada e 02 gavetas maiores no tamanho aproximado de 0,40 comprimento x 0,21 largura x 0,18 altura para guarda de acessórios. 01 dispositivo para massagem cardíaca em polipropileno 01 tábua de massagem 01 suporte para desfibrilador 01 prateleira para monitor confeccionada em polipropileno 04 tomadas elétricas com aterramento (03 pinos) 01 suporte de soro confeccionado em aço inoxidável polido. Dotado de 04 rodízios (02 fixos e 02 giratórios), a fim de proporcionar direcionamento correto quando em movimento. Suporte para cilindro 01 cilindro de o2 (03 litros) 01 válvula redutora para cilindro de oxigênio 01 fluxômetro de oxigênio 01 umidificador com extensão e máscara 01 aspirador compacto para o2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

5 - CARRO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: Carro Maca Avançado de elevação Hidráulica. Com suporte de soro. Colchonete. Com capacidade de até 180 kg. Com estrutura de aço e leito de aço inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

6 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Desfibrilador automático portátil para uso em situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos, com sincronismo, bifásico, suporte/teste para pás, pás internas e bateria, com características mínimas de carga regulável de 1 à 360 joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360. Seleção e carga mediante comando único, o qual amplia e agiliza sua operação. Circuito de aplicação que mantenha o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, com circuito de sincronismo que realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "r" fornecida pelo monitor. Descarga automática de energia que armazenada após cada aplicação. Tempo máximo de carga de 10 segundos. Descarga de capacitiva amortecida (lown), 3 circuitos de proteção: desligamento por tempo, desligamento por tensão e desligamento por programação. Acessórios 1 cabo de força de 3 metros (2,50m) 1 par de eletrodos externos (adulto) manual do usuário

- descrição completa no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

7 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Desfibrilador Convencional. Tipo Bifásico. Contendo bateria e pás internas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

8 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro de pedestal. Em material de ferro pintado/ Aço. Aplicação adulto. Com braçadeira de nylon/metal. Tipo aneróide

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

9 - ESTANTE METÁLICA

Descrição Detalhada: Estante em aço medindo aproximadamente 198 alt x 92 cm x 42 cm prof. Com no mínimo 6 prateleiras chapa 24 com reforço, 04 colunas chapa 14 com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

10 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Foco Cirúrgico de Solo Móvel. Com pedestal com rodízios. Com braço articulado. Contendo par de manoplas autolaváveis. Com ajuste de intensidade luminosa. Com sistema de emergência/ bateria de led 81.000 a 130.000 LUX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

11 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Oxímetro de pulso com visor de lcd, não invasivo para medir saturação de oxigênio. com visor colorido, faixa de medida de 0 a 100% de spo2 e medida de pulso: 30 a 250 bpm. provido de curva plestimográfica e tendência, precisão spo2: 80 a 100% com 02 (dois) dígitos. tempo de resposta rápido, tempo de estabilização 15 segundos apos colocação do sensor, alarme áudio visual para valores máximos e mínimos de spO2 e pulso com possibilidade de ajuste tanto automático como pelo operador para todos os parâmetros alarme visual para sensor desconectado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

12 - POLTRONA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: Poltrona reclinável hospitalar, em estrutura em tubo de aço redondo. Com capacidade de até 120 kg. Assento, encosto, apoio de braços e pernas estofados com espuma injetada d 28(alta densidade), revestido em couro, com movimentos simultâneos. Reclinável em no mínimo 3 posições. Pés com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Dimensões aproximadas 0,6m x 1,7m x 0,55m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

13 - CAMA BELICHE

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica, Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal.

- descrição completa no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (11)

14 - CAMA BELICHE

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica, Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal.

- descrição completa no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

15 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Monitor de multiparâmetros, que tenha no mínimo os seguintes parâmetros: eletrocardiograma (ecg) de 3 e 7 derivações selecionáveis em tela, oximetria(spo2) com mensuração de 50% a 100% e frequência de pulso(frequência cardíaca) na faixa de 30 a 300 batimentos por minutos. Pressão não invasiva com faixa de medição de 0 a 300 mmhg pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45° c. Pressão invasiva com faixa de medição de -25 a 300 mmhg, e sensibilidade do transdutor sendo arterial, pulmonar, femoral, venosa central, atriais direita e esquerda, intracraniana e especial. Respiração por impedância transtorácica, com faixa de medição de 0 a 200 rpm. Com débito cardíaco contínuo ou termo diluição. Com capnografia(etco2) de tecnologia mainstream. Monitor ldc com tela de 10" a 12" colorido cristal líquido de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de duas formas de ondas simultâneas em tela.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

16 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: Monitor de multiparâmetros, que tenha no mínimo os seguintes parâmetros: eletrocardiograma (ecg) de 3 e 7 derivações selecionáveis em tela, oximetria(spo2) com mensuração de 50% a 100% e frequência de pulso(frequência cardíaca) na faixa de 30 a 300 batimentos por minutos. Pressão não invasiva com faixa de medição de 0 a 300 mmhg pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45° c. Pressão invasiva com faixa de medição de -25 a 300 mmhg, e sensibilidade do transdutor sendo arterial, pulmonar, femoral, venosa central, atriais direita e esquerda, intracraniana e especial. Respiração por impedância transtorácica, com faixa de medição de 0 a 200 rpm. Com débito cardíaco contínuo ou termo diluição. Com capnografia(etco2) de tecnologia mainstream. Monitor ldc com tela de 10" a 12" colorido cristal líquido de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de duas formas de ondas simultâneas em tela.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

17 - CAPA PARA VENTILADOR

Descrição Detalhada: Ventilador Pulmonar Pressométrico e volumétrico. Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%.

- descrição completa no edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)