



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 146/2021

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Após análise das amostras enviadas pelas empresas, concluiu-se que:

MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
272	oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 16 h, alimentação: rede elétrica, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro de pulso portátil, com sensor de spo2 padrão, alimentação bivolt automática e também por meio de baterias recarregáveis. com visor de lcd colorido de alta resolução. indica também, além de spo2, frequência cardíaca, onda pletismográfica, força de pulso, tabela de tendências. possui memória interna e conexão usb para computador. aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal.	REPROVADO
	<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Segundo o descritivo do edital do pregão eletrônico 146/2021 item 272: oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 16 h, <u>alimentação: rede elétrica</u>, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro de pulso portátil, com sensor de spo2 padrão, <u>alimentação bivolt automática</u> e também por meio de baterias recarregáveis. com visor de lcd colorido de alta resolução. indica também, além de spo2, frequência cardíaca, onda pletismográfica, força de pulso, tabela de tendências. possui memória interna e conexão usb para computador. aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal.</p> <p>Segundo o manual do usuário recebido o item possui alimentação: "O oxímetro pode ser alimentado por duas pilhas alcalinas AA 1.5V, que irá operar durante 44 horas com luz de fundo ligada. O oxímetro também pode ser alimentado por pilha recarregável".</p> <p>Desta forma, segundo o manual do usuário o item necessita de alimentação por pilhas alcalinas ou recarregáveis, não apresentando alimentação em rede elétrica, bivolt automático, não atendendo ao descritivo.</p>	



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**MEDICAMENTOS DE AZ LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
167	fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril	<b>APROVADO</b>
169	fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. unidade: envelope. obs: tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impresso no envelope interno, embalagem interna de alumínio e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico (de acordo com a rdc 185/01 – anvisa). caixa com 24 unidades.	<b>APROVADO</b>
171	fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. unidade: envelope. obs: tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha impresso no envelope interno, embalagem interna de alumínio e externa em papel grau cirúrgico e filme plástico (de acordo com a rdc 185/01 – anvisa). caixa com 24 unidades.	<b>APROVADO</b>
173	fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Unidade: unidade.	<b>APROVADO</b>

**ALFALAGOS LTDA.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
19	algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual. unidade: embalagem 500,00 g. obs: algodão hidrófilo em camadas sobrepostas e uniformes em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão, aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, inodoro, fibras cuidadosamente branqueadas através de tratamento com substâncias alcalinas, lavadas e cardadas mecanicamente, segundo abnt nbr 14635. embalado em saco plástico individual. rolo de 500g.	<b>APROVADO</b>



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

103	compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: com fio radiopaco,estéril,descartável. unidade: pacote 500,00 unidades. obs: compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios, cor branca e isenta de quaisquer impurezas, bordas devidamente voltadas para dentro que evitem a soltura dos fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua utilização.	<b>REPROVADO</b>
	<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Segundo o descritivo do edital do pregão eletrônico 146/2021 item 103 compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: com fio radiopaco,estéril,descartável. unidade: <b>PACOTE 500,00 UNIDADES.</b> obs: compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios, cor branca e isenta de quaisquer impurezas, bordas devidamente voltadas para dentro que evitem a soltura dos fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua utilização.</p> <p>Diante da amostra recebida o item não atende ao descritivo do edital pois contém apenas 318 unidades de compressa de gaze no pacote diferente do que consta na embalagem e no descritivo do processo licitatório 638/2021 que afirma 500 unidades no pacote.</p>	

**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
159	extensor equipo soro, aplicação: p, perfusão simultânea, derivação y, n° de vias: duas vias, material: pvc cristal, tipo pinça: pinça corta fluxo em todas vias, tipo conector: conector luer lock e luer fêmea com tampas, características adicionais: adulto, esterilidade: estéril e descartável. unidade: unidade. obs: equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), luer fêmea de 02 vias com tampa rosqueável, conexão distal luer (slip ou lock) para dispositivo de acesso venoso, com clamp de fechamento rápido nas vias, extensão dupla em pvc cristal, estéril, esterilizado a óxido de etileno, câmara gotejadora flexível, atóxico, apirogênico, descartável.	<b>APROVADO</b>



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
115	detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: com alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. unidade: unidade.	<b>APROVADO</b>

**STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
270	oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro pulso portátil de dedo infantil, visor de led. mede saturação de oxigênio e frequência cardíaca. fácil visualização, compacto, digital, resistente à água. alimentado por pilha. acompanha estojo. deve ter registro na anvisa.	<b>REPROVADO</b>
	<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Segundo o descritivo do edital do pregão eletrônico 146/2021 item 270. oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro pulso portátil de dedo <b>INFANTIL</b>, visor de led. mede saturação de oxigênio e frequência cardíaca. fácil visualização, compacto, digital, resistente à água. alimentado por pilha. acompanha estojo. deve ter registro na anvisa.</p> <p>Diante da amostra recebida o item é de uso adulto e desta forma, não atende ao descritivo do edital.</p>	
364	termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo : uso auricular e de testa, componentes: c, alarmes, memória: memória até 30 medições, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade.	<b>APROVADO</b>

**NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
271	oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sen-	<b>APROVADO</b>



*MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO*  
*Estado do Paraná*

	sor. unidade: unidade. obs: oxímetro pulso portátil de dedo, visor de led. mede saturação de oxigênio e frequência cardíaca. fácil visualização, compacto, digital, resistente à água. alimentado por pilha. acompanha estojo. deve ter registro na anvisa.	
--	---	--

Francisco Beltrão/PR, 08 de Novembro de 2021.

  
Carla Schroeder  
Diretora Dpto. Administrativo  
SMS – Francisco Beltrão/PR