



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 146/2021

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO**

Após análise das amostras enviadas pelas empresas, concluiu-se que:

CIRURGICA SÃO FELIPE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
272	oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 16 h, alimentação: rede elétrica, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro de pulso portátil, com sensor de spo2 padrão, alimentação bivolt automática e também por meio de baterias recarregáveis. com visor de lcd colorido de alta resolução. indica também, além de spo2, frequência cardíaca, onda pletismográfica, força de pulso, tabela de tendências. possui memória interna e conexão usb para computador. aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal.	APROVADO

TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA.

103	compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios, cm2, modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: com fio radiopaco, estéril, descartável. unidade: pacote 500,00 unidades. obs: compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios, cor branca e isenta de quaisquer impurezas, bordas devidamente voltadas para dentro que evitem a soltura dos fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua utilização.	APROVADO
-----	---	-----------------

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER
270	oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro pulso portátil de dedo infantil, visor de led. mede saturação de oxigênio e frequência cardíaca. fácil visualização, compacto, digital, resistente à	REPROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	água. alimentado por pilha. acompanha estojo. deve ter registro na anvisa.	
	<p>JUSTIFICATIVA: Segundo o descritivo do edital do pregão eletrônico 146/2021 item 270. oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: oxímetro pulso portátil de dedo INFANTIL, visor de led. mede saturação de oxigênio e frequência cardíaca. fácil visualização, compacto, digital, resistente à água. alimentado por pilha. acompanha estojo. deve ter registro na anvisa.</p> <p>Segundo o manual recebido o item 270 é de uso adulto e pediátrico desta forma, solicitamos o cancelamento do item no Pregão Eletrônico 146/2021 para que a descrição do produto seja alterada para uso EXCLUSIVO INFANTIL.</p>	

Francisco Beltrão/PR, 25 de novembro de 2021.


MANOEL BREZOLIN
Secretário Municipal de Saúde
SMS - Francisco Beltrão - PR