



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 212/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição e instalação de um equipamento detector digital de campo total com conexão sem fio (wireless), adaptável ao equipamento de raio x digital fixo da marca Toshiba instalado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA-24 Horas..

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que:

1) Fica **ALTERADA a especificação (na tabela) do item 1 do anexo I do Edital da seguinte forma:**

Onde se lê:

Detector Digital DR de campo total com conexão sem fio (wireless) adaptável ao equipamento de raio-x digital fixo da marca Toshiba utilizado na UPA sem necessidade de adaptação ou alteração do mesmo, podendo ser utilizado tanto na mesa como no bucky mural, possui tecnologia de detector de Silício Amorfo, cintilador de lodeto de Césio (CsI) e sensor de impacto com gravação de Log de intensidade de queda. Dimensões externas: 384mm x 460mm x 15mm. Alimentação de bateria removível.

Contendo:

- 01 (um) detector digital DR de campo total com conexão sem fio (wireless);
- 03 (três) baterias com capacidade de 4000 mAh, tensão nominal 7,4 V, tempo de carga 2 (duas) horas, tempo de funcionamento de no mínimo 4 (quatro) horas, ciclo de vida aproximada 500 ciclos;
- 01 (um) dispositivo de carregamento para as baterias;
- 01 (uma) unidade de controle do sistema interligada ao detector via wireless e a estação de trabalho via ethernet. Dimensões: 300 x 235,8 x 58 mm, altura da antena 140mm;
- Kit console fixo com 01 (um) monitor 24 polegadas LCD; 01 (uma) CPU Intel Core no mínimo i3-10100 / Octa Threads 3.6 GHz (Turbo máx. 4.3 GHz) ou superior, 8 GB 2400MHz DDR4, SSD de 240Gb e disco rígido SATA de 1 TB de 3,5 polegadas, placa de vídeo, leitor e gravador de CD/DVD 9,5mm, placa de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps RJ-45, S.O. Windows 10 Pro; 01 (um) teclado e 01 (um) mouse em português; Licença de uso;
- 01 (um) Software de aquisição de imagens e pós-processamento dos exames de raio-x o qual permite ajustes de brilho, contraste, latitude, zoom, rotação, inversão de imagem, anotações, medidas de distância e ângulo, sem prejuízos ao arquivo RAW DATA da imagem.

Leia-se:

Detector Digital DR de campo total com conexão sem fio (wireless) adaptável ao equipamento de raio-x digital fixo da marca Toshiba utilizado na UPA sem necessidade de adaptação ou alteração do mesmo, podendo ser utilizado tanto na mesa como no bucky mural, possui tecnologia de detector de Silício Amorfo, cintilador de lodeto de Césio (CsI) e sensor de impacto com gravação de Log de intensidade de queda "opcional". Dimensões externas: 384mm x 460mm x 15mm. Alimentação de bateria removível.

Contendo:

- **01 (um) detector digital DR de campo total com conexão sem fio (wireless);**
- **"03 (três) baterias com tempo de carga máximo de 3 (três) horas e ciclo de vida aproximada 500 ciclos";**
- **01 (um) dispositivo de carregamento para as baterias;**
- **"01 (uma) unidade de controle do sistema interligada ao detector via wireless e a estação de trabalho via ethernet;**
- **Kit console fixo com 01 (um) monitor de no mínimo 20 polegadas LCD ou LED; 01 (uma) CPU com configuração mínima equivalente a Core i3 ou superior, 8 GB de RAM ou superior, mínimo de espaço em Hard Disc de 1 TB ou SSD de 240GB, placa de vídeo com configurações mínimas para pós processamento de imagens, leitor e gravador de CD/DVD;**
- **01 (um) teclado e 01 (um) mouse em português; Licença de uso;**
- **01 (um) Software de aquisição de imagens e pós-processamento dos exames de raio-x o qual permite ajustes de brilho, contraste, latitude, zoom, rotação, inversão de imagem, anotações, medidas de distância e ângulo, sem prejuízos ao arquivo RAW DATA da imagem.**

2) Fica **ALTERADA a data de abertura da sessão pública para 21 de janeiro de 2022 às 09:00 horas.**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

3) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Francisco Beltrão, 10 de janeiro de 2021.

SAMANTHA PÉCOITS
Pregoeira