



Ministério da Saúde  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



**SIGEM**

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Odontológico

Equipamento: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 14.691,00

COMANDO DA CADEIRA: PEDALCABECEIRA: POSSUIREFLETOR: POSSUIEQUIPO: TIPO CART OU  
ACOPLADOTERMINAIS: ATÉ 3CUBA: PORCELANA/CERÂMICASERINGA TRIPLICE: POSSUIPEÇA RETA:  
POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUIMICRO MOTOR: POSSUIUNIDADE AUXILIAR (SUGADOR):  
POSSUICANETA DE ROTAÇÃO: POSSUIMOCHO: POSSUI

# Detalhe Equipamento

## Equipamento

Cadeira Odontológica Completa (equipol/ sugador/ refletor)

## Tipo de Serviço

Núcleo de Atenção à Saúde Bucal

## Setor

Serviço sem setor

## Ambiente

Consultório Odontológico

## Nomenclatura

Cadeira Odontológica Completa (equipol/ sugador/ refletor)

## Sinônimos

Cadeira para Dentista completa, Cadeira para Odontologia, Consultório odontológico.

## Definição e Aplicação

Cadeira utiliza para realizar procedimentos odontológicos. Acompanha o equipo, o sugador e o refletor.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
519		N	Item de Apoio Médico Hospitalar

## Ver Especificação Sugerida

## Preço Sugerido

R\$ 14.691,00

COMANDO DA CADEIRA: PEDALCABECEIRA: POSSUIREFLETOR: POSSUIEQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADOTERMINAIS: ATÉ 3CUBA: PORCELANA/CERÂMICASERINGA TRÍPLICE: POSSUIPEÇA RETA: POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUIMICRO MOTOR: POSSUIUNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUICANETA DE ROTAÇÃO: POSSUIMOCHO: POSSUI

## Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- COMANDO DA CADEIRA:  
Opção 1: PEDAL

- CABECEIRA:  
Opção 1: POSSUI

- REFLETOR:  
Opção 1: POSSUI

- EQUIPO:  
Opção 1: TIPO CART OU ACOPLADO

- TERMINAIS:  
Opção 1: ATÉ 3  
Opção 2: TERMINAIS: APARTIR DE 4

- CUBA:  
Opção 1: PORCELANA/ CERÂMICA

- SERINGA TRÍPLICE:  
Opção 1: POSSUI

- PEÇA RETA:  
Opção 1: POSSUI

- CONTRA ÂNGULO:  
Opção 1: POSSUI

- MICRO MOTOR:  
Opção 1: POSSUI

- UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR):  
Opção 1: POSSUI

- CANETA DE ROTAÇÃO:  
Opção 1: POSSUI

- MOCHO:  
Opção 1: POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

**Empresa Participante do PROCOT**

DABI ATLANTE IND. MÉD ODONTOLÓGICOS

**Página na Internet**<http://www.dabiatlante.com.br>**Telefone**

(62)32218900

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [sigem@saude.gov.br](mailto:sigem@saude.gov.br)