



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARECER TÉCNICO

Nº 06/2022

Para: Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 92/2022

Vimos através deste informar, que analisamos os prospectos dos itens propostos pelas empresas LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, relativos ao Pregão Eletrônico nº 92/2022, cujo objeto é a **Aquisição de equipamentos para utilização nas Unidades de Saúde, através da utilização de recursos Parlamentares disponibilizados ao Município através da Proposta MS nº 09165.798000/1210-17, Portaria MS nº 4.061/2018, Portaria MS nº 3.034/2019 e Portaria MS nº 2.507/2021, de acordo com item 12 do edital.**

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

A avaliação de amostras e prospectos é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar o produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Para tanto, com base na análise dos prospectos enviados pelas empresas, decidimos:

- Item 2 – Londrihosp Imp. e Exp. de Prod. Médico Hospitalares Eireli – APROVADO
- Item 5 – Marte Equipamentos para Laboratório Ltda – APROVADO
- Item 6 – Brumed Com. Atacadista e Manut. De Equip. Hosp. Eireli – APROVADO





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

- Item 8 – MZZ Com. De Produtos para Saúde Ltda. – **REPROVADO (Prospecto do produto não apresenta todas as especificações solicitadas no edital)**
- Item 10 – MZZ Com. De Produtos para Saúde Ltda. – APROVADO
- Item 11 - Brumed Com. Atacadista e Manut. De Equip. Hosp. Eireli – APROVADO
- Item 12 – Centro Oeste Com. De Móveis e Equip. Ltda. – APROVADO
- Item 13 – Asclépios Equip. Hospitalares Eireli - APROVADO
- Item 14 - Brumed Com. Atacadista e Manut. De Equip. Hosp. Eireli – APROVADO
- Item 15 - Brumed Com. Atacadista e Manut. De Equip. Hosp. Eireli – APROVADO
- Item 16 – PLG Distrib. De Produtos Hospitalares Eireli – **REPROVADO (Produto solicitado no edital é BIPAP, produto ofertado pela empresa é um CPAP, item diferente do solicitado)**
- Item 17 - Centro Oeste Com. De Móveis e Equip. Ltda. – APROVADO
- Item 18 - PLG Distrib. De Produtos Hospitalares Eireli – **REPROVADO (Produto ofertado pela empresa não atende todas as especificações solicitadas no edital, uma delas é a capacidade de carga de no mínimo 180kg e o ofertado é 150kg)**
- Item 19 – Bhdental Comercial Eireli - APROVADO
- Item 21 - PLG Distrib. De Produtos Hospitalares Eireli – **REPROVADO (Produto ofertado pela empresa não atende todas as especificações solicitadas no edital, uma delas é a capacidade de carga de no mínimo 180kg e o ofertado é 150kg)**
- Item 22 – Bhdental Comercial Eireli - APROVADO

Decidimos pelas APROVAÇÃO dos itens 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, considerando que os itens dos prospectos condizem com o solicitado no edital.

Da mesma forma , REPROVAMOS os itens 8, 16, 18, 21, considerando que os prospectos enviados não estão condizentes com o solicitado no edital.

É o parecer.

Francisco Beltrão, 19 de Julho de 2022.

CARLA R. B. SCHROEDER
Diretora Dpto. Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 4C42-9027-0D4D-EED5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLA ROSÂNGELA BURATTO SCHROEDER (CPF 880.XXX.XXX-15) em 20/07/2022 07:50:23
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/4C42-9027-0D4D-EED5>