

Proc. Administrativo 9- 34.547/2022

De: Eleandro T. - SMS-AS-AF-CAF

Para: SMA-LC-PE - Pregões - A/C Samantha P.

Data: 25/01/2023 às 16:40:34

Setores envolvidos:

GP, SMA, SMF-CONT, SMS, SMS-AS-AF-CAF, PC/CI, SMA-LC-ENT, SMA-LC-PE, SMA-PGM-JEA, TERMOS

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO DE MEDICAMENTOS R\$ 10.508.498,10

Boa tarde,

Segue parecer das amostras e fotos.

—

Eleandro Tiecher
Farmacêutico

Anexos:

foto_1.jpg

foto_2.jpg

foto_3.jpg

foto_4.jpg

foto_5.jpg

RELATORIO_DE_AMOSTRAS_1.pdf



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

EDITAL DE PREGÃO Nº 208/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA.

Item	Especificação	EMPRESA	SITUAÇÃO
110	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS, CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. UNIDADE: PACOTE 500,00 UNIDADES. OBS: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM, 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 13 FIOS, COR BRANCA E ISENTA DE QUAISQUER IMPUREZAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO QUE EVITEM A SOLTURA DOS FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO.	CMH	REPROVADO Não atende ao descritivo do Edital no quesito, 7,5cm x 7,5 cm. (amostra apresenta 6cm x 6cm) conforme fotos em anexo e nem as especificações de embalagem 10cmx24cm (amostra apresenta 9cm x 23cm)
111	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: TIPO QUEIJO, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS, CM2, LARGURA: 91 CM, COMPRIMENTO: 91 M, DOBRAS: 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. OBS: GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO (BOBINA). ROLO.	MEDICAMENTOS DE AZ	APROVADO
121	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE : AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, COMPONENTES: COM ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR. UNIDADE: UNIDADE.	CIRURGICA PLENA	APROVADO

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

ELEANDRO TIECHER
Farmacêutico
CRF-PR 15355