

## Proc. Administrativo 9- 34.547/2022

---

**De:** Eleandro T. - SMS-AS-AF-CAF

**Para:** SMA-LC-PE - Pregões - A/C Samantha P.

**Data:** 25/01/2023 às 16:40:34

**Setores envolvidos:**

GP, SMA, SMF-CONT, SMS, SMS-AS-AF-CAF, PC/CI, SMA-LC-ENT, SMA-LC-PE, SMA-PGM-JEA, TERMOS

### TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO DE MEDICAMENTOS R\$ 10.508.498,10

Boa tarde,

Segue parecer das amostras e fotos.

—

**Eleandro Tiecher**  
*Farmacêutico*

**Anexos:**

foto\_1.jpg

foto\_2.jpg

foto\_3.jpg

foto\_4.jpg

foto\_5.jpg

RELATORIO\_DE\_AMOSTRAS\_1.pdf



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 208/2022**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA.**

Item	Especificação	EMPRESA	SITUAÇÃO
110	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS, CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. UNIDADE: PACOTE 500,00 UNIDADES. OBS: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM, 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 13 FIOS, COR BRANCA E ISENTA DE QUAISQUER IMPUREZAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO QUE EVITEM A SOLTURA DOS FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO.	CMH	<b>REPROVADO</b>  Não atende ao descritivo do Edital no quesito, 7,5cm x 7,5 cm. (amostra apresenta 6cm x 6cm) conforme fotos em anexo e nem as especificações de embalagem 10cmx24cm (amostra apresenta 9cm x 23cm)
111	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: TIPO QUEIJO, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS, CM2, LARGURA: 91 CM, COMPRIMENTO: 91 M, DOBRAS: 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. OBS: GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO (BOBINA). ROLO.	MEDICAMENTOS DE AZ	<b>APROVADO</b>
121	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE : AJUSTE DIGITAL E TELA GRÁFICA MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, COMPONENTES: COM ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR. UNIDADE: UNIDADE.	CIRURGICA PLENA	<b>APROVADO</b>

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

ELEANDRO TIECHER  
Farmacêutico  
CRF-PR 15355





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1308-096E-C59F-632E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELEANDRO TIECHER (CPF 015.XXX.XXX-04) em 25/01/2023 16:41:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1308-096E-C59F-632E>