



GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 32.283.972/0001-27

Rua José Claudio Rezende, nº 300, Sala 401, Bairro Estoril, Belo Horizonte - MG

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 54/2023

DATA DE ABERTURA: Dia 28/03/2023, às 09:00 horas

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	QTD	PRODUTO	MARCA	VL UN	VL TOTAL
19	UND	10.000	<p>Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 10, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades.</p> <p>Modelo: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL COM VÁLVULA DIGITAL Nº 10 Fabricante: WMEDIC ANVISA nº: 82113540003 Validade: 4 (quatro) anos Procedência: Nacional</p>	WMEDIC	R\$ 0,57	R\$ 5.700,00
20	UND	25.000	<p>Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 12, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades.</p> <p>Modelo: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQEAL COM VÁLVULA DIGITAL Nº 12 Fabricante: WMEDIC ANVISA nº: 82113540003 Validade: 4 (quatro) anos Procedência: Nacional</p>	WMEDIC	R\$ 0,57	R\$ 14.250,00

21	UND	10.000	Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 14, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades. Modelo: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL Nº 14 Fabricante: WMEDIC ANVISA nº: 82113540003 Validade: 4 (quatro) anos Procedência: Nacional	WMEDIC	R\$ 0,62	R\$ 6.200,00
23	UND	6.000	Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente. unidade: unidade. obs: sonda de aspiração traqueal nº 16, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, com modelo de furação específica, conector com tampa universal, confeccionada em pvc flexível, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 10 unidades. Modelo: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL Nº 16 Fabricante: WMEDIC ANVISA nº: 82113540003 Validade: 4 (quatro) anos Procedência: Nacional	WMEDIC	R\$ 0,57	R\$ 3.420,00

TOTAL GERAL Vinte e nove mil quinhentos e setenta reais R\$ 29.570,00

Dados pra assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços:

Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro a Sr. **Gustavo Cesar Souza Nascimento, empresário**, CPF nº **049.379.586 -31** e Carteira Nacional de Habilitação nº **00937272941**, Brasil, sócio proprietário da licitante.

GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.283.972/0001-27 - Insc. Estadual: 33398290019

Telefone: (62) 9-9263-7450 / Email: licitacao@goldhospitalar.com.br

Dados para pagamento: **BANCO SICOOB AGENCIA: 4027 CC: 400119510**

VALIDADE DA PROPOSTA : 90 (NOVENTA) DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS, sob as penas da lei:

Que nos comprometemos a entregar o objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Anexos.

Que o objeto licitado será entregue estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo CONTRATANTE.

Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e instrumento de contrato.

Estarmos cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, seguros, contribuições sociais, encargos fiscais, encargos sociais e trabalhistas, comerciais, inclusive desembaraço alfandegário e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório citado acima, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observado ainda as isenções previstas na legislação.

Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis.

Que estamos em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.

Os produtos são de primeira qualidade.

Belo Horizonte - MG, 29 de março de 2023.
Assinado de forma digital por GOLD
GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES
HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.:32283972000127
LTDA.:32283972000127
Dados: 2023.03.29 13:47:10 -03'00'
GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
GUSTAVO CESAR SOUZA NASCIMENTO
Diretor

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	WILLIAM RIBEIRO PRODUTOS MÉDICOS
CNPJ	24.305.952/0001-81
Autorização	8.21.135-4
Produto	sonda de aspiração traqueal com válvula wmedic

Modelo Produto Médico
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 20 - Codigo 301034
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 22 - Codigo 301035
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 24 - Codigo 301036
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 04 - Codigo 301024
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 06 - Codigo 301025
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 08 - Codigo 301026
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 10 - Codigo 301027
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 12 - Codigo 301028
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 14 - Codigo 301029
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 16 - Codigo 301030
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital nº 18 - Codigo 301032

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - Sonda Traq Valv.pdf	0347291228 - 27/01/2022 10:55:28


Nome Técnico	Sondas
Registro	82113540003
Processo	25351971994202124
Fabricante Legal	WILLIAM RIBEIRO PRODUTOS MÉDICOS
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

WMEDIC PRODUTOS HOSPITALARES.

Ficha Técnica – Sonda de Aspiração Traqueal Com Válvula Digital

A sonda de aspiração traqueal é indicada a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções ou pacientes intubados ou ainda traqueostomizados. Consiste em retirar a secreção traqueobrônquica e orofaríngea. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.

1. Conector Válvula Digital. Área da coligação entre o tubo de drenagem ou vácuo, cilíndrica semi rígida, adaptável em tubos com conector 204 , graduado ou látex.
2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, sem emenda, flexível com paredes lisa com flexibilidade de silicone , tendo seu comprimento de 40 cm nos fr 04, 06 e 08. E com 50 cm nos fr 10,12,14,16 e 18.
3. Dotada de dois orifício lateral de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados.
4. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
5. Produto embalado em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala asséptica.
6. Produto esterilizado em oxido de etileno com validade de 4 anos desde que o produto não tenha sido violado. Produto de uso único



Produto esterilizado em Oxido de Etileno Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica. Validade 4 anos. Registro junto ao ministério da saúde.
82113540003.